

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de
Internet www.phywe.de

Betriebsanleitung

 Das Gerät entspricht den zutreffenden EG-Rahmenrichtlinien



Abb. 1: 12924-01 Cobra SMARTsense Colorimeter & Turbidity

INHALTSVERZEICHNIS

- 1 SICHERHEITSHINWEISE
- 2 ZWECK UND EIGENSCHAFTEN
- 3 FUNKTIONS- UND BEDIENELEMENTE
- 4 BETRIEBSHINWEISE
- 5 HANDHABUNG
- 6 TECHNISCHE DATEN
- 7 LIEFERUMFANG
- 8 ZUBEHÖR
- 9 KONFORMITÄT
- 10 ENTSORGUNG

1 SICHERHEITSHINWEISE



Achtung!

- Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist die Betriebsanleitung sorgfältig und vollständig zu lesen. Sie schützen sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Das Gerät ist nur zum Betrieb in trockenen Räumen, die kein Explosionsrisiko aufweisen, vorgesehen.
- Schützen Sie die den Sensor vor Staub, Feuchtigkeit und Dämpfen. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind ungeeignet.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Gehäuseöffnungen dringt, da sonst der Sensor beschädigt wird.
- Das Gerät nicht öffnen.

2 ZWECK UND EIGENSCHAFTEN

Die Cobra4 Sensor-Unit Colorimeter dient zur Messung der Absorption, Transmission und Trübung von Licht. Dafür stehen fünf Wellenlängen zur Verfügung: rot: 650 nm, orange: 610 nm, grün: 520 nm, blau 470 nm und violett 430 nm. Die Messwerte werden per Bluetooth Funkübertragung oder USB an beliebige Endgeräte wie z.B. Tablets, Smartphones usw. übermittelt.

3 FUNKTIONS- UND BEDIENELEMENTE

3.1 Bedienelemente

Der Sensor besitzt einen Einschaltknopf sowie zwei LEDs zur Kennzeichnung des Bluetooth Status und des Akku-Ladezustands.

Funktion des Einschaltknopfes

Zum Ein- und Ausschalten des Sensors im Bluetooth-betrieb muss der Einschaltknopf länger als 3s gedrückt werden. Soll der Sensor per USB verbunden werden, so muss der Einschaltknopf nicht betätigt werden.

Zum weiterschalten der Anzeigewerte im Display muss der Knopf kurz gedrückt werden.

Funktionen der Bluetooth-LED

Blinkt rot alle 2s	Nicht verbunden
Blinkt grün alle 2s	Mit Endgerät verbunden
Blinkt grün alle 4s	Messaufnahme läuft

Funktionen der Lade-LED

Blinkt rot alle 2s	Schwache Batterie
Rot leuchtend	Ladevorgang aktiv
Grün leuchtend	Ladevorgang beendet

Display

Das kontrastreiche OLED-Display zeigt die LED-Farbe, Wellenlänge und den Transmissions-, Absorptions-, bzw. Trübungswert an.

3.2 Funktionselemente

Der Küvetten-Schacht befindet sich unter nach oben aufklappbaren Deckel.



Abb. 2: Funktionselemente



Abb. 3: Leuchtrichtung der LEDs

3.3 USB-Schnittstelle

Mit Hilfe der USB-Schnittstelle vom Typ-C wird der fest im Sensor verbaute Akku geladen. Weiterhin findet über diese Schnittstelle die Kommunikation mit dem Endgerät (Computer/Tablet) statt.

4 BETRIEBSHINWEISE

Das Gerät erfüllt die technischen Anforderungen, die in den aktuellen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zusammengefasst sind. Die Produkteigenschaften berechtigen zur CE-Kennzeichnung.

Der Betrieb dieses Gerätes ist nur unter fachkundiger Aufsicht in einer beherrschten elektromagnetischen Umgebung von Forschungs-, Lehr- und Ausbildungsstätten (Schulen, Universitäten, Instituten und Laboratorien) erlaubt.

Die einzelnen angeschlossenen Leitungen dürfen nicht länger als 2 m sein. Durch elektrostatische Aufladungen oder ähnliche elektromagnetische Phänomene (HF, Burst, indirekte Blitzentladungen, usw.) kann das Gerät beeinflusst werden, so dass es nicht mehr innerhalb der spezifizierten Daten arbeitet.

Folgende Maßnahmen vermindern bzw. beseitigen den störenden Einfluss:

Teppichboden meiden; für Potentialausgleich sorgen; Experimentieren auf einer leitfähigen, geerdeten Unterlage, Verwendung von Abschirmungen, abgeschirmte Kabel.

5 HANDHABUNG

Dieser Abschnitt beschreibt die Inbetriebnahme des Sensors und die Aufnahme von Messwerten. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, um Misserfolge oder Fehlbedienungen zu vermeiden.

5.1 Ladevorgang

Verbinden Sie mit Hilfe einer USB-C Anschlussleitung den Sensor mit einem Rechner oder einem entsprechenden USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).

Im Ladevorgang leuchtet die Lade-LED rot. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lade-LED grün. Die Ladezeit eines leeren Akkus beträgt maximal 3 Stunden.



Entfernen Sie das Ladegerät spätestens 4 Stunden nachdem der Ladevorgang abgeschlossen wurde. Ansonsten kann es zu einer Verkürzung der Akku-Lebensdauer kommen.

5.2 Inbetriebnahme

Schalten Sie den Sensor ein, indem Sie den Einschaltknopf länger als 3s gedrückt halten. Nun blinkt die Bluetooth-LED rot. Starten Sie die Software und wählen Sie den Sensor aus. Soll der Sensor über die USB-Schnittstelle verwendet werden, so muss dieser nicht eingeschaltet werden. Der Sensor wird direkt mit dem Endgerät mit Hilfe der mitgelieferten USB Leitung verbunden.

Unterhalb des Displays ist ein 9-stelliger Code gedruckt (Abb.4). Die letzten 4 Ziffern des Codes werden als Sensorbezeichnung in der Software dargestellt (Abb.5). Dadurch ist eine genaue Zuordnung der Sensoren mit der Software möglich.



Abb. 4




Abb.5

Auswahl des Sensors über die Bluetooth-Schnittstelle

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Schnittstelle beim dem Endgerät (PC/Tablet/Smartphone) aktiviert ist, und die Software auf die Schnittstelle zugreifen darf.

Nachdem der Sensor in der Software ausgewählt wurde, blinkt die LED grün und signalisiert damit einen korrekten Verbindungsaufbau. Nachdem der Sensor mit der Software gekoppelt ist, ist der für andere Anwender in der Software nicht mehr zu sehen, und somit nicht mehr auswählbar.

Ist der Sensor eingeschaltet und nicht verbunden, so schaltet er sich automatisch nach 5 Minuten wieder aus.

Auswahl des Sensors über die USB-Schnittstelle

Hierfür muss der Sensor an den USB-Port des Endgerätes gesteckt werden. Ein Einschalten des Sensors ist nicht notwendig. Der Sensor wird automatisch erkannt und dargestellt. Er kann direkt ausgewählt und Verbunden werden.

Positionierung der Küvette

Die Küvette wird direkt in den dafür vorgesehenen Küvetten-Schacht eingesetzt. Die Küvette hat verschiedene Seiten: zwei gegenüberliegende Seiten sind klar, die anderen beiden opak oder geriffelt. Die klaren Seiten müssen in Richtung der Leuchtrichtung (Abb. 3) zeigen. Schließen Sie anschließend den Deckel, bis dieser hörbar verrastet.

Messung

Für eine aussagekräftige Messung ist es wichtig, dass die Küvette sauber ist – also frei von Staub und Fingerabdrücken. Mit etwas Haushaltspapier lassen sich die Küvetten gut reinigen. Füllen Sie Ihre Probe in die Küvette und stellen Sie sicher, dass keine Luftblasen enthalten sind. Setzen Sie die Küvette wie oberhalb beschrieben ein.

Licht der fünf Wellenlängen wird ständig nacheinander eingestrahlt und die Absorption bestimmt.

Der Sensor verfügt über 5 Kanäle (5 Wellenlängen), und 3 Betriebsarten:

[T] Transmission (%): Der Anteil des Lichts, der die Probe passiert.

[A] Absorbanz (Abs): Die Absorbanz *A* errechnet sich aus der Intensität ohne Probe (*I*₀) und der mit Probe (*I*) wie folgt:

$$A = \log \frac{I_0}{I}$$

Sie ist dimensionslos.

Trübung (NTU): Der Anteil des Lichtes, der von den in der Probe ungelösten Partikel gestreut wird (Nethelometrie). Als Lichtquelle dient eine rote LED mit $\lambda = 650 \text{ nm}$.

6 TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperaturbereich: 5 - 40°C
 Rel. Luftfeuchte < 80%

Messbereich: 5 Wellenlängen (LEDs)

Rot:	650 nm
Orange:	611 nm
Grün:	520 nm
Blau:	470 nm
Violett:	430 nm

Transmission

Messbereich	0... 100 %
Auflösung	0,1 %

Absorbanz

Messbereich	0...3 Abs
Auflösung	0,01 Abs
Genauigkeit	±0,03 Abs

Trübung

Messbereich	0...400 NTU
Auflösung	0,1 NTU
Genauigkeit	±5%

Max. Datenrate	1 Hz
Akku Kapazität	1000 mAh
Max. Funk-Reichweite (Freifeld)	30 m
Abmessungen (LxBxH)	100 x 57 x 55 mm
Masse	103 g

7 LIEFERUMFANG

Der Lieferumfang umfasst:

- Cobra SMARTsense Colorimeter 12924-01
- USB Anschlussleitung Typ C
- Makro-Küvette, PS, 4 ml, 10 Stück
- Betriebsanleitung

8 ZUBEHÖR

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- Cobra SMARTlink 12999-99
- USB-Ladegerät 07934-99
- Makro-Küvette, PS, 4 ml, 100 Stk 35663-10
- USB Anschlussleitung Typ C 07935-00
- USB-Bluetooth-Adapter 07936-00
- Software measureLAB 14580-61
- measureAPP gratis bei den jeweiligen Anbieterportalen

iOS



Android



Windows



9 KONFORMITÄT



Hiermit erklärt die PHYWE Systeme GmbH & Co.KG, dass der Funkanlagentyp 12924-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.phywe.de/de/eu-konformitaetserklaerung

10 ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht überwiegend aus umweltverträglichen Materialien, die den örtlichen Recyclingstellen zugeführt werden sollten.



Dieses Produkt gehört nicht in die normale Müllentsorgung (Hausmüll).

Soll dieses Gerät entsorgt werden, so senden Sie es bitte zur fachgerechten Entsorgung an die untenstehende Adresse.

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Abteilung Kundendienst
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107